

Detectie Praktijk Cursus Stralingsveiligheid CD 2023–2024 M.A. Hofstee mariet.hofstee@maastrichtuniversity.nl Hoofdstuk 11.5 & 11.7

indeling

praktijk

- spectroscopie en kalibratie
- keuze van detector







spectroscopie - betas

Directe meting met lage Z proportionele detector

- Proportionele telbuis
- Si-detector
- Plastic scintillator
- Vloeistofscintillator

Transmissie/dracht meting, kan gecompliceerd worden door mengsel



Het β -spectrum van ¹³⁷Cs gemeten met een Si-detector.

POGRAMME

Detectie

spectroscopie - y-fotonen

foto-piek bij volle E_{γ} (t.g.v. fotoelectrisch effect)

"ontsnappingspiek" bij $E_{\gamma} - E_{\chi}$, met $E_x = B_k - B_L$ (van detector material)

verbreding door statistiek

Compton-rug, door ontsnapte verstrooide fotonen

Terugverstrooipiek (180° op fotomultiplicator, zeer lage E)





Detectie spectroscopie - γ-fotonen

INTERACTIE

welke andere fotopieken kun je verwachten en waarom?

bij elektronvangst en interne conversie

→ röntgenpiek

bij β⁺-verval

→ annihilatiepiek bij 511 keV

bij paarvorming

→ annihilatiepiek bij 511 keV "single escape peak" bij E_{γ} - 511 keV "double escape peak" bij E_{γ} - 1022 keV



spectroscopie - y-fotonen



Compton-rug (kanalen 0 – 170), terugverstrooipiek (kanaal 70) en fotopiek (kanaal 230) van 137Cs gemeten met een Nal-detector. De K-röntgenlijn in kanaal 15 is het gevolg van interne conversie.

STRICHT SCH TO CH TO CH

spectroscopie - ontsnappingspiek

ontsnappingspiek bij proportionele telbuis





spectroscopie - ontsnappingspiek

single- en double-escape bij ²⁴¹Am(Be)-bron





https://www.radiation-dosimetry.org/wp-content/uploads/2019/12/HPGe-Detector-spectrum.png





kalibratie - energieschaal



PRICHT SCH ZO

keuze detector voor meten van radioactieviteit

de keuze van de detector wordt bepaald door wat men wil meten activiteit A (in Bq, in praktijk cps) omgevingsdosisequivalent H* (in Sv) persoonsdosisequivalent H_p (in Sv) α -, β - of γ -straling neutronen energie van de uitgezonden straling (in MeV) identificatie van nuclide

in het laatste geval moet men de energie van de uitgezonden straling bepalen (spectrometrie) met behulp van een veelkanaalsanalysator

POGRAMME

Detectie

keuze detector

dosismonitor

aanwijzing in sievert of sievert per tijdseenheid volstrekt ongeschikt als besmettingsmonitor er zijn speciale neutronen-monitoren

besmettingsmonitor aanwijzing in telpulsen per tijdseenheid helaas geen aanwijzing in bequerel vaak in combinatie met een veegproef volstrekt ongeschikt als dosis- of dosistempometer



keuze detector voor meten van besmetting

 α - of β -straling

- proportionele telbuis
- GM buis
- ZnS of plastic scintillator
- veegproef

γ-straling

- ∘ Nal
- Meten van (ook) vrijkomende β-straling
- veegproef

Tritium altijd met veegproef



keuze detector – besmettingsmonitor met groot oppervlak

kalibratiefactor gaat uit van een homogene besmetting over het hele oppervlak van de besmettingsmonitor, ook als dat niet zo is besmettingsmonitor wijst aan in telpulsen per tijdseenheid soms (maar niet altijd) geeft fabrikant calibratie voor een aantal nucliden meestal in Bq cm⁻² soms ook in Bq

INTERACTIE

oppervlak monitor = 100 cm² aanwijzing = 4 Bq per cm² oppervlak besmetting = 10 cm² bepaal totale activiteit (in Bq) bepaal besmetting (in Bq per cm²)

 $100 \text{ cm}^2 \times 4 \text{ Bq/cm}^2 = 400 \text{ Bq}$ $400 \text{ Bq} / 10 \text{ cm}^2 = 40 \text{ Bq per cm}^2$

Zie ook oefening 11.9 uit het oefenboek

Detectie veegproef



Vochtig filtreerpapiertje over mogelijke besmetting vegen

In potje met telvloeistof

Noodzakelijk voor tritium



https://seintl.com/articles/loose-contamination-survey-methods

Detectie lunch





cursus CD - detectie

10/01/2024